Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	Organisme notifié
CE 0120	I	SGS

Ces brassards et cuissards de conception robuste sont composés d'une enveloppe et d'une poche en EPDM démontable, ce qui facilite leur entretien.

1 - Identification du dispositif

Visuel de l'ensemble

Visuel des sous ensemble

2 - Références

Référence	Désignation	Dimensions de la poche en cm
Brassard Cuissard simple poche		
GBE101	Brassard / Cuissard Nourrisson	19 x 4
GBE102	Brassard Enfant	26,5 x 5
GCE102	Cuissard Enfant	35,5 x 6
GBE103	Brassard petit adulte	35,5 x 6
GCE103	Cuissard petit adulte	53 x 6
GBE104	Brassard adulte	53 x 6
GCE104	Cuissard adulte	69 x 9
GCE105	Cuissard adulte L	81 x 9
GCE106	Cuissard adulte XL	85,5 x 12
Brassard Cuissard double poche		
GBE202	Brassard double enfant / petit adulte	2 x (35,5 x 6)
GBE204	Brassard double adulte	2 x (53 x 6)
GCE204	Cuissard double adulte	2 x (69 x 9)



3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

- ⇨ Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 min.
- ⇨ Avant d'effectuer la pose du garrot :
  - s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre
  - s'assurer de l'étanchéïté de la poche du garrot
  - s'assurer de la qualité des velcros et des coutures sur le brassard / Cuissard
- ⇨ **Positionner l'enveloppe de garrot sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.**
- ⇨ Introduire le raccord tube en butée (déclic) dans le coupleur rapide.
- ⇨ Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s'assurer de la parfaite connexion des 2 parties.

Pour plus d'indications, se reporter à la fiche « Utilisation des brassards et cuissards avec poche en EPDM »

Dessillons & Dutrillaux
Zone industrielle La Tuque 47240 Castelculier France
Tél : +33 5 53 48 30 66 Fax : +33 5 53 47 24 64
technique@ddmedical.fr www.ddmedical.fr

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
Brassard Cuissard simple poche			
	GBE101	Brassard / Cuissard Nourrisson	
A	EGBE101	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGBE101	Poche EPDM (19 x 4 cm)	EPDM
C	RGBE101	Rigidificateur	Polyéthylène
	GBE102	Brassard Enfant	
A	EGBE102	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGBE102	Poche EPDM (26,5 x 5 cm)	EPDM
C	RGBE102	Rigidificateur	Polyéthylène
	GCE102	Cuissard Enfant	
A	EGCE102	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGCE102	Poche EPDM (35,5 x 6 cm)	EPDM
C	RGCE102	Rigidificateur	Polyéthylène
	GBE103	Brassard petit adulte	
A	EGBE103	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGBE103	Poche EPDM (35,5 x 6 cm)	EPDM
C	RGBE103	Rigidificateur	Polyéthylène
	GCE103	Cuissard petit adulte	
A	EGCE103	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGCE103	Poche EPDM (53 x 6 cm)	EPDM
C	RGCE103	Rigidificateur	Polyéthylène
	GBE104	Brassard adulte	
A	EGBE104	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGBE104	Poche EPDM (53 x 6 cm)	EPDM
C	RGBE104	Rigidificateur	Polyéthylène
	GCE104	Cuissard adulte	
A	EGCE104	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGCE104	Poche EPDM (69 x 9 cm)	EPDM
C	RGCE104	Rigidificateur	Polyéthylène
	GCE105	Cuissard adulte L	
A	EGCE105	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGCE105	Poche EPDM (81 x 9 cm)	EPDM
C	RGCE105	Rigidificateur	Polyéthylène
	GCE106	Cuissard adulte XL	
A	EGCE106	Enveloppe seule	Polyamide
B	PGCE106	Poche EPDM (85,5 x 12 cm)	EPDM
C	RGCE106	Rigidificateur	Polyéthylène



Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
Brassard Cuissard double poche			
	GBE202	Brassard double enfant / petit adulte	
D	EGBE202	Enveloppe seule	Polyamide
E	PGBE202	Poche EPDM (35,5 x 6 cm) X 2	EPDM
C	RGBE202	Rigidificateur	Polyéthylène
	GBE204	Brassard double adulte	
D	EGBE204	Enveloppe seule	Polyamide
E	PGBE204	Poche EPDM (53 x 6 cm) X 2	EPDM
C	RGBE204	Rigidificateur	Polyéthylène
	GCE204	Cuissard double adulte	
D	EGCE204	Enveloppe seule	Polyamide
E	PGCE204	Poche EPDM (69 x 9 cm) X 2	EPDM
C	RGCE204	Rigidificateur	Polyéthylène



Raccord et joint			
F	A11008	Raccord mâle pour brassard avec joint torique	ACETAL
	A11010	Raccord avec clapet (option)	
H	A11322	joint torique	EPDM

5 - Nettoyage désinfection

Important : Avant la 1ére utilisation et pour toute opération de nettoyage, extraire la poche de son enveloppe.

PRE-DESINFECTION

⇨ Enveloppe :
Immerger l'enveloppe dans les solutions désinfectantes appropriées pour les textiles (produits détergeants, décontaminants).

⇨ Poche :
Utiliser des solutions désinfectantes validées pour les matériaux élastiques. Ne pas utiliser des désinfectants contenants des composants comme les phénols ou les alcylamines (ne pas immerger la poche).

NETTOYAGE

⇨ Enveloppe :
- Laver l'enveloppe à la main, ou en machine à 40°, en position de fermeture (pour éviter l'accrochage de différentes enveloppes entre elles).
Il est recommandé des détergents à PH neutre pour le nettoyage.
- Rincer- Sécher. Il n'est pas recommandé de sécher en machine.

⇨ Poche :
- Laver la poche à la main sans faire pénétrer de l'eau par l'extrémité du raccord.
Il est recommandé des détergents à PH neutre pour le nettoyage.
Il est impératif de rincer correctement les dispositifs à l'eau déminéralisée afin d'éliminer les résidus des désinfectants et détergents (ne pas immerger la poche).
- Rincer-Sécher

6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT	Dimensions CDT en mm	Poids CDT en gr
GBE101	1	94X94X81	100
GBE102	1	94X94X81	130
GCE102	1	130X130X120	200
GBE103	1	130X130X120	200
GCE103	1	130X130X120	300
GBE104	1	130X130X120	300
GCE104	1	164X164X140	500
GCE105	1	164X164X140	600
GCE106	1	164X164X140	700
GBE202	1	320X221X90	300
GBE204	1	320X221X90	400
GCE204	1	320X221X90	800

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40° c	30 à 40%	500 à 1060 hPa

8 - Garantie

Ce dispositif est garanti contre tout défaut de fabrication durant 12 mois.

Cependant il est important de savoir qu'il est sujet à l'usure et se détériore à l'usage.